

Pharmacie - PHAR-Général #219

Cefuroxime ATB à domicile

2024-05-06 19:19 - Alexandrine Coulombe

| | | | |
|---|----------------------|------------------|------------|
| Statut: | Résolu | Début: | 2024-05-06 |
| Priorité: | Normal | Echéance: | |
| Assigné à: | Alexandrine Coulombe | | |
| Catégorie: | | | |
| Version cible: | | | |
| Équipes: | ATIVAD | | |
| Description | | | |
| Changer la programmation dans Ariane pour la cefuroxime étant donné le changement de concentration de la dilution/perfusion à 90 mg/mL. | | | |
| -tableau intermate/seringue: modifié | | | |
| -modifier recettes pompe: fait | | | |
| -Programmation Ariane à faire: @mjlachance (pompe, seringue et intermate) | | | |
| -recettes papier à changer? par qui? | | | |

Historique

#1 - 2024-05-06 19:19 - Alexandrine Coulombe

- Fichier Cefuroxime ATB domicile.pdf supprimé

#2 - 2024-05-06 19:20 - Alexandrine Coulombe

- Fichier Cefuroxime ATB domicile_mai2024.pdf ajouté

#3 - 2024-05-06 20:03 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté

@Alexandrine Coulombe quelle recette papier ? au SCAS ?

#4 - 2024-05-07 15:54 - Marie-Josée Lachance

- Équipes Ariane supprimé

Pompe Cadd:

Ariane Dev et prod fait (mjl)
J'ai vérifié programmation Cadd et la cefu 2g q 8h n'était pas modifiée. Fait mjl

Seringue: Ariane ok fait Dev et Prod pour la concentration. Je n'ai pas mis d'info en lien avec le volume de seringue. Ce sera lors de la préparation au scas.

Intermate: Fait dev et prod.

@Alexandrine Coulombe reste d'aviser les sites.

#5 - 2025-06-16 18:23 - Alexandrine Coulombe

On peut fermer la demande, le tableau Intermate/seringue a été envoyé chez Michel Bourque et je vais leur envoyer le dernier des pompes. (et aux autres installations aussi)

#6 - 2025-06-16 19:27 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à Résolu

Fichiers

| | | | |
|-------------------------------------|--------|------------|----------------------|
| Cefuroxime ATB domicile_mai2024.pdf | 208 ko | 2024-05-06 | Alexandrine Coulombe |
|-------------------------------------|--------|------------|----------------------|