

Pharmacie - PHAR-Général #238

Mention DVI au FADM/Étiquettes pour Mucomyst

2024-05-22 13:32 - Serge Maltais

Statut:	Résolu	Début:
Priorité:	Normal	Echéance:
Assigné à:		
Catégorie:		
Version cible:		
Équipes:	Ariane	
Description		
Bonjour, SVP ajouter la mention "DVI" à l'impression des FADM informatisés à l'étage, ainsi que sur les étiquettes imprimées à partir d'Ariane. Suite à la publication d'un bulletin de sécurité par l'ISMP Canada sur les risques de conséquences graves lors de la programmation de perfusion de N-acétylcystéine pour l'intox à l'acétaminophène et consultation des parties prenantes, le Mucomyst a été ajouté à la liste des MNAÉ et une DVI ajoutée incluant la programmation de la pompe. Merci.		

Historique

#1 - 2024-05-22 15:25 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Équipes Ariane ajouté

#2 - 2024-12-09 21:14 - Myriam Breton

- Statut changé de Accepté à Résolu

Fait DEV et PROD