

# Pharmacie - PHAR-Général #282

## Mettre à jour fiche 12B dantrolène pour dilution

2024-07-23 12:47 - Mélanie Lacerte

|  |                 |                  |  |
|--|-----------------|------------------|--|
| <b>Statut:</b>   | Résolu          | <b>Début:</b>    |  |
| <b>Priorité:</b>   | Haut            | <b>Echéance:</b> |  |
| <b>Assigné à:</b>  | Sylvie Cloutier |                  |  |
| <b>Catégorie:</b>  |                 |                  |  |
| <b>Version cible:</b>  |                 |                  |  |
| <b>Équipes:</b>  | 12B-Adulte      |                  |  |
| <b>Description</b>   |                 |                  |  |
| <p>60 mL d'ESI sans agent de conservation ni bactériostatique</p> <p>Pour des raisons de sécurité, la reconstitution du produit avec un sac d'eau stérile (ESI) est autorisée à la pharmacie et au bloc opératoire seulement</p>   |                 |                  |  |
| Fioles d'ESI <u>sans</u> bactériostatique (10 mL et 50 mL) et sac vide de 500 mL disponibles dans le kit dantrolène dans le cabinet de l'armoire de nuit de l'Hôtel-Dieu.  |                 |                  |  |
| Les fioles d'ESI de 50 ml sont retirées du marché. Avons donc convenu de mettre un sac d'eau stérile de 2 litres dans le cabinet de l'armoire de nuit (pour éviter les erreurs avec le 1 litre). SVP modifier la fiche 12B en conséquence. Ai mis les sections que je voyais à changer. Merci !! |                 |                  |  |

### Historique

#1 - 2024-07-23 13:14 - Sylvie Cloutier

@Mélanie Lacerte

- donc dans le kit de dantrolène de l'armoires de nuit de HD, les fioles d'eau ont été remplacées par un 2 L d'eau stérile ou le sac est classé à part?
- pour ce qui est de "Pour des raisons de sécurité, la reconstitution du produit avec un sac d'eau stérile (ESI) est autorisée à la pharmacie et au bloc opératoire seulement", si je comprends bien, je dois supprimer ce paragraphe?

Merci pour ton aide!

#2 - 2024-07-23 13:19 - Mélanie Lacerte

Les fioles seront changées par le sac dans le kit de l'armoire de nuit pas à part. Le changement se fera le 29 ou 30 juillet.  
Oui je vois que l'on peut retirer ce paragraphe car on aura plus trop le choix.

#3 - 2024-07-23 13:25 - Sylvie Cloutier

@Mélanie Lacerte: même chose pour les autres sites?

#4 - 2024-07-23 14:26 - Mélanie Lacerte

- Fichier clipboard-202407231026-6xz8z.png ajouté

Il faudrait retirer le paragraphe aussi :

Pour des raisons de sécurité, la reconstitution du produit avec un sac d'eau stérile (ESI) est autorisée à la pharmacie et au bloc opératoire seulement

Pour le reste, il n'y a pas de détails autres à changer. Merci !

#5 - 2024-07-23 15:31 - Sylvie Cloutier

[@Mélanie Lacerte](#)

complété!

#6 - 2024-07-23 16:00 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à Résolu

## Fichiers

|                                  |         |            |                 |
|----------------------------------|---------|------------|-----------------|
| clipboard-202407230832-9mjr5.png | 27 ko   | 2024-07-23 | Mélanie Lacerte |
| clipboard-202407230843-roh3x.png | 12,5 ko | 2024-07-23 | Mélanie Lacerte |
| clipboard-202407231026-6xz8z.png | 9,26 ko | 2024-07-23 | Mélanie Lacerte |