

Pharmacie - PHAR-Général #286

Modier codage Ariane pour seringue antibio péritonite

2024-07-24 18:24 - Jodianne Couture

Statut:	Résolu	Début:
Priorité:	Haut	Echéance:
Assigné à:		
Catégorie:		
Version cible:		
Équipes:		
Description		
SVP vous assurer que la codification de la concentration des seringues d'antibiotiques sont les mêmes que celle du tableau ci-joint (voir tobra et ancef)		

Historique

#1 - 2024-07-24 18:55 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Nouveau à Accepté
- Priorité changé de Normal à Haut
- Équipes Ariane, Pompe ajouté

#2 - 2024-10-23 17:39 - Cathy Desaulniers

Pompe

[@Jodianne Couture](#) Est-ce que les pompes sont utilisés ? Ou juste mis dans dialysat ?

#3 - 2024-10-25 18:41 - Cathy Desaulniers

- Équipes Pompe supprimé

#4 - 2024-10-29 17:09 - Myriam Breton

- Équipes Pompe ajouté
- Équipes Ariane supprimé

Ariane Fait DEV et PROD

Correction pour tobramycine (ser 4 mg/ml -> 40 mg/ml)

Correction pour vancomycine (ser 5 mg/ml enlevé pour garder seulement 50 mg/mL)

Ancef ok.

#5 - 2024-11-07 18:09 - Émilie Dubuc

- Équipes Pompe supprimé

Réponse de Jodianne: pas besoin de coder dans pompe, ajouté directement au dialysat.

#6 - 2024-11-13 19:01 - Mélanie Lacerte

- Statut changé de Accepté à Résolu

Fichiers

Péritonite_dialyse péritonéale_Fiche de préparation seringues antibiotiques externe.pdf
2024-07-24

Jodianne Couture